Déambulateur haut XXL

Mode d’emploi

Déambulateur haut XXL

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Pays-Bas
☎+31 (0)36 53 53 580 🖷+31 (0) 36 522 30 46
✉info@prestonability.nl 🌍 www.prestonability.nl

Attention!
Pour s’assurer d’une utilisation correcte et optimale du déambulateur haut à roues XXL, il convient de lire en détail le présent mode d’emploi. Veuillez prêter une attention toute particulière aux instructions assorties d’un .

Consignes opérationnelles
Le déambulateur haut XXL est conçu pour apporter un appui sûr à l’intérieur pour les utilisateurs ne pesant pas au-delà de 325 kg.

Si des personnes pesant plus de 325 kg utilisent le déambulateur haut, il y aura risque accru de renversement du déambulateur ou de dommages à celui-ci. Il convient d’utiliser le déambulateur haut XXL sur des sols durs dont l’inclinaison ne dépasse pas 3,5 degrés. Le non-respect de la présente consigne est susceptible d’aboutir au renversement du déambulateur.

Description
Le déambulateur haut XXL est équipé de quatre boulons horizontaux (deux de chaque côté), traversant entièrement le châssis et qui permettent de régler la hauteur des accoudoirs et des poignées. Les boulons sont serrés au moyen d’écrous.

Préparatifs
La hauteur des accoudoirs et des poignées se règle en desserrant les écrous à l’avant du déambulateur, puis en enlevant complètement les deux boulons horizontaux du châssis.
Ensuite, placer les accoudoirs et les poignées à la hauteur désirée, réinsérer complètement les boulons dans le châssis et les fixer au moyen des écrous. Ne pas utiliser le déambulateur avant que les écrous n’aient complètement été serrés. En effet, un mauvais serrage pourrait provoquer la désolidarisation des accoudoirs et des poignées ainsi que la chute de l’utilisateur.

S’assurer que les rondelles à l’extrémité des boulons soient bien placées contre le châssis et à fleur de châssis; dans le cas contraire, on risquerait de ne pas serrer assez les boulons, qui pourraient se détacher spontanément. Pour éviter que l’utilisateur subisse des lésions physiques, il faut bien serrer les écrous à l’avant du déambulateur .

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Pays-Bas
☎+31 (0)36 53 53 580 🖷+31 (0) 36 522 30 46
info@prestonability.nl www.prestonability.nl

Utiliser le déambulateur
Veiller à la bonne fixation des freins en poussant par-dessus le tube du châssis, au-delà des leviers de frein enfoncés pour ce faire.
Il faut que les freins soient fixés/opérationnels lorsque l'usager se dresse/s'assied en s'appuyant sur le déambulateur.
Les freins peuvent être difficiles à mettre en œuvre pour les utilisateurs n'ayant pas beaucoup de force dans les mains. Il convient de leur donner la consigne d'actionner simultanément les freins des deux mains.
Pour éviter le risque de renversement, le déambulateur haut:
- sera manœuvré avec prudence, en contournant les obstacles, dont les seuils;
- ***NE SERVIRA PAS*** à franchir les seuils et/ou les pentes dont l'inclinaison dépasse 3,5 degrés
- sera utilisé, à l'intérieur, sur un sol dur.

Maintenance
Le déambulateur haut se nettoie à l'eau et avec des nettoyants normaux.
Il convient d'inspecter régulièrement les écrous de fixation et les boulons et de les resserrer s'il y a lieu.

Le non-respect des consignes d'inspection des boulons peut aboutir à une défectuosité du déambulateur.

Note: Pour réparer le déambulateur, on utilisera exclusivement les pièces de rechange originales (livrées par le biais de l'importateur Preston Ability B.V.) Preston Ability B.V., ainsi que le fabricant qui lui livre ce matériel, ne sauraient être rendus responsables des accidents avec le produit ou des défauts à celui-ci qui résulteraient de réparations par des personnes et/ou des organisations non compétentes ou non formées à cet effet.

Spécifications

Poids maximal de l'utilisateur	325kg
Hauteur réglable des accoudoirs	100-130cm
Largeur intérieure	71cm
Largeur extérieure à la hauteur des accoudoirs	55cm
Profondeur	72cm
Largeur totale	76cm
Diamètre des roues avant	100mm
Diamètre des roues arrière	125mm

Matériaux
Châssis en acier inoxydable avec powercoating

Classification ISO: ISO 12 06 12
N° HMI (base de données AT danoise): 47313

Le déambulateur haut XXL a été fabriqué et approuvé dans le cadre d'essais conformément à la norme internationale DS/EN 12182:2000 en DS/EN ISO 11199-3:2005.

Jachtwagen 29—3897 AM—Zeewolde - Pays-Bas
☎+31 (0)36 53 53 580 🖷+31 (0) 36 522 30 46
info@prestonability.nl www.prestonability.nl

Jachtwagen 29
3897 AM Zeewolde
Tél.: 0031 (0)36 53 53 580
Fax: 0031 (0)36 522 30 46
info@prestonability.nl
Pays-Bas